



FIOCRUZ

# Concurso Público Fiocruz 2023

## Tecnologista em Saúde Pública

### Prova Discursiva

**TE74**

## Controle de qualidade toxicológico

### Espelho de Resposta

**Pontuação da Questão Discursiva conforme Anexo II do Edital nº 2, de acordo com a Unidade detentora da vaga.**

Espera-se que o candidato, no desenvolvimento do tema, tenha feito considerações técnicas adequadas sobre os seguintes pontos:

- Utilização de modelos animais e propostas de substituição por modelos alternativos: Tipos de modelos, Propostas de modelos alternativos, Panorama atual;
- Conceitos como o 3R e suas atualizações, as recentes determinações da CONCEA, legislações e órgãos internacionais, quesitos para aceitabilidade e itens críticos e frágeis para a substituição;
- Ensaios de avaliação de toxicidade, ensaios para avaliação de potencial corrosivo/irritante, ensaios de citotoxicidade e genotoxicidade/mutagenicidade discuta os modelos alternativos existentes, a legislação sanitária relacionada e ainda, as determinações recentes na utilização de animais no Brasil;
- Como garantir a qualidade nos resultados das novas metodologias alternativas dentro do que é precedido no Sistema da Garantia da Qualidade de acordo com as diretrizes da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.
- Pontuar as exigências da 17025 com a garantia da qualidade do resultado analítico/bionalítico – rastreabilidade, validação, reproduzibilidade etc.