



FIOCRUZ

Concurso Público Fiocruz 2023

Tecnologista em Saúde Pública

Prova Discursiva

TE80

Gestão de Equipamentos e Metrologia Física, Química e Biológica

Espelho de Resposta

Pontuação da Questão Discursiva conforme Anexo II do Edital nº 2, de acordo com a Unidade detentora da vaga.

Espera-se que o candidato, no desenvolvimento do tema, tenha feito considerações técnicas adequadas sobre os seguintes pontos:

Definição sobre os conceitos de rastreabilidade metrológica, considerando a sua hierarquia, citando exemplos nas áreas de calibrações e ensaios químicos e biológicos.

O que é a rastreabilidade metrológica as unidades do SI.

O que é a rastreabilidade metrológica na acreditação.

Como é definida a rastreabilidade nos ensaios químicos gravimétricos, titulométrico, de medição direta, espectrofotométricos e cromatográficos.

Como é definida a rastreabilidade nos ensaios biológicos.