



Concurso Público Fiocruz 2023

Tecnologista em Saúde Pública

Prova Discursiva

TE81

Análise, desenvolvimento e validação de metodologias para o controle físico-químico de produtos sujeitos à vigilância sanitária

Espelho de Resposta

Pontuação da Questão Discursiva conforme Anexo II do Edital nº 2, de acordo com a Unidade detentora da vaga.

Espera-se que o candidato, no desenvolvimento do tema, tenha feito considerações técnicas adequadas sobre os seguintes pontos:

- a) Instrumental necessário: bomba, injetor e detector de arranjo de diodos; separação na coluna por meio de fases aquosa e orgânica; detecção no ultravioleta de forma seletiva e quantificação.
- b) Qualificação do pessoal envolvido. Qualificação dos solventes e do sistema de água do laboratório; calibração das balanças e de todas as vidrarias utilizadas. Qualificação do sistema de cromatografia. Verificação do método oficial.
- c) Fundamentar a escolha de um método para a determinação de resíduos em matriz complexa, Clue-EMEM, CG-EMEM.
- d) Falar das figuras de mérito para a validação de métodos de resíduos.